

Phúc Thọ, ngày 11 tháng 08 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ.

Bệnh viện đa khoa Huyện Phúc Thọ trân trọng cảm ơn các đơn vị đã sửa chữa vật tư, trang thiết bị y tế, cung cấp hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế cho Bệnh viện chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa Huyện Phúc Thọ đang có kế hoạch mua máy điện châm, dây máy điện châm và miếng dán điện xung. Để có cơ sở lập dự toán mua sắm trang thiết bị.

Vậy Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ kính mời các đơn vị có đủ điều kiện tham gia gửi Bảng báo giá về Bệnh viện đa khoa Huyện Phúc Thọ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội

2. Bà Nguyễn Thị Hoàn - CB Phòng KHTH- VT,TTB- ĐT: 0988029538

Phòng kế hoạch tổng hợp- VT,TTB Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ

Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

- Email: hoankh92@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bảng báo giá có thể gửi trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện
- Địa chỉ nhận Bảng báo giá: Phòng kế hoạch tổng hợp -VT,TTB. Bệnh viện đa khoa Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.
- Nhận qua email: hoankh92@gmail.com

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ 10h00, ngày 12 tháng 08 năm 2025 đến 10h00, ngày 23 tháng 08 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày

Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ rất mong được sự hợp tác của quý công ty./.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục các dịch vụ theo bảng sau:



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Máy điện châm Model: SDZ-II Hãng sản xuất: Suzhou Medical Appliance Factory Xuất xứ: Trung Quốc	Cấu hình gồm: - Máy chính: 01 chiếc • 6 dây nối tám điện cực • 6 đôi tám điện cực massage (kích thước: 50mm x 50mm) • 6 đôi dây kẹp kim châm và điện cực (kích thước: ≤28mm) • Sách hướng dẫn sử dụng: 1 quyển • Hộp xốp: 1 hộp Thông số kỹ thuật: • Điện áp nguồn: DC9V/AC220V hoặc 110V • Công suất đầu vào tối đa 10VA • Dạng xung: xung hai chiều không đối xứng • Công suất đầu ra: 0.3VA • Tần số: 1 ~ 100Hz • Dạng sóng truy xuất: Liên tục, không liên tục, ngắt quãng.	Cái	10	Khoa YHCT- Bệnh viện ĐK huyện Phúc Thọ-HN	15/09/2025
2	Phụ kiện của máy điện châm		Cặp	30		
3	Dây nối của máy điện châm		Cái	60		
	Cộng : Ba khoản					

Ghi chú:

(1),(2),(3),(4): Bệnh viện ghi các nội dung công việc, mô tả dịch vụ để nhà cung cấp làm cơ sở báo giá.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT,KH



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phương Trung