

Số: 569/TB-BV

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2024

V/v mời báo giá gói thầu: Mua hệ thống nội soi tai mũi họng và bộ phẫu thuật cắt Amydal (gây mê) của Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá cho gói thầu: Mua Hệ thống nội soi tai mũi họng và bộ phẫu thuật cắt amydal (gây mê) của bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Hoàn – phòng KHTH, bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ, SĐT: 0988.029.538.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ. Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội.

- Nhận qua địa chỉ email: hoankh92@gmail.com.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng (gửi trực tiếp tại bệnh viện) và bản mềm scan PDF (Đã đóng dấu và gửi qua email).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 09 tháng 09 năm 2024 đến trước ngày 19 tháng 09 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 09 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế: Chi tiết theo mô tả đính kèm tại phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp, yêu cầu về vận chuyển cung cấp, bảo quản trang thiết bị y tế:

- Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ. Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội.

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa được qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Thời gian cung ứng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:


- Tạm ứng: Không.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. Báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm thông báo này.

b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế báo giá (bản giấy và file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện và email quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá).

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Website của bệnh viện (để công khai);
- Lưu: VT, Phòng KHTH.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phương Trung

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 569/TB-BV ngày 09 tháng 09 năm 2024)

DANH MỤC THIẾT BỊ

TT	Danh mục thiết bị	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Hệ thống nội soi tai mũi họng -Mới 100% -Sản xuất năm 2024	Hệ thống	01	
2	Bộ phẫu thuật cắt Amydal (gây mê) -Mới 100% -Sản xuất năm 2024	Bộ	01	

Cấu hình và yêu cầu kỹ thuật

1. Hệ thống nội soi tai mũi họng: 01 Hệ thống

TT	Các yêu cầu tối thiểu của hàng hóa
I	Yêu cầu chung
	- Năm sản xuất: sản xuất năm 2024.
	- Chất lượng: Mới 100%
	- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001
2.	Yêu cầu về cấu hình
	Bộ xử lý ảnh (Full HD) : 01 máy
	Nguồn sáng nội soi: 01 máy
	Dây dẫn sáng 2m: 01 cái
	Đầu camera (có coupler f18 mm): 01 cái
	Optic nội soi 0 độ: 01 cái
	Optic nội soi 70 độ: 01 cái
	Màn hình 24 inch: 01 cái
	Xe đẩy 3 tầng: 01 cái
	Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
	Dây nguồn: 01 bộ
	Sách hướng dẫn: 01 bộ
3.	Thông số kỹ thuật
	<i>Thông số kỹ thuật Bộ xử lý ảnh</i>
	Cảm biến hình ảnh 1/2.8" CMOS
	Điểm ảnh hiệu quả: 1920(H)*1080(V)
	Độ phân giải ngang: 1000TVL (1080P)
	Phạm vi lấy nét: $\geq(2\sim 200)$ mm
	Hệ thống quét: Quét lũy tiến

	SNR \geq 50dB
	Độ sáng: ODS có thể điều chỉnh
	Cân bằng trắng: tự động/thủ công
	Đầu ra video: HDMI*4; SDI*1; BNC*1; VGA*1
	Cường độ sáng tối thiểu: F1.2 \leq 0.5Lux
	Đầu camera: chống nước IP8X
	Tốc độ xử lý: < 0.2s
	Thông số kỹ thuật nguồn sáng
	Loại đèn: Đèn LED nhập khẩu
	Công suất nguồn sáng: 80W
	Công suất quang học hiệu quả: \geq 100mW
	Độ sáng: \geq 1.200.000lux
	Nhiệt độ màu: \geq 6500K
	Độ nhiễu: \leq 55dB (A)
	Nhiệt độ bề mặt: \leq 60°C
	Nhiệt độ nguồn sáng: \leq 80°C
	Ống soi 70 độ 4mm dài 175mm
	Ống soi 0 độ 4mm dài 175mm
	Xe đẩy 3 tầng, 1 ngăn kéo

2. Bộ phẫu thuật cắt Amydal (gây mê) : 01 bộ

	Kẹp vách ngăn Bruenings dài 16.5CM
	Kéo phẫu tích Metzenbaum-Nelson cong mũi tù/tù dài 23CM
	Kẹp vi phẫu White, dài 23CM
	Kẹp vi phẫu Schnidt, cong, dài 19CM
	Kẹp bông Foerster thẳng, ngàm trơn, dài 25CM
	Kẹp bông Foerster cong, ngàm trơn, dài 25CM
	Vén trụ Hurd dài 23CM, 10mm

	Kẹp mạch máu Crile cong dài 20CM
	Kẹp mạch máu Crile cong dài 20CM
	Móc dài 16cm, 2 răng hơi nhọn
	Ống hút Yankauer dài 28cm
	Bộ banh miệng Davis-Boyle hoàn chỉnh, gồm 5 lưỡi, 17cm

Phụ lục 2: MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm thông báo yêu cầu báo giá số 56/TB-BV ngày 09/09/2024)

TÊN CÔNG TY
Số:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ, chúng tôi {ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên Liên danh} báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Tên hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ...ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [Ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký danh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh danh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

.....ngày...tháng...năm ...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))